ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-489	PS/CH/71854

PRODUCTO

- Desfibrilador/marcapasos corpuls3 SLIM, Modelo P/N 04301
- Desfibrilador/marcapasos corpuls3 Touch SLIM, Modelo P/N 04302

(fabricados entre enero de 2020 y abril de 2021)

NUMEROS DE SERIE

Ver n^{os} de serie afectados en Anexo C de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Hospital Hispania, S.L. Avenida de camino de lo cortao, 6, NAV 3 CENT, CP 28703, San Sebastian de los Reyes (Madrid)

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados desfibriladores/marcapasos corpuls3 SLIM y corpuls3 Touch SLIM, debido a la posibilidad de que presenten un mal funcionamiento y no puedan emitir descargas después de sufrir una tensión mecánica alta, como por ejemplo una caída o un golpe.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 27/08/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B L 6 A N F 8 5 F F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89