MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-490	PS/TS/71681

PRODUCTO
API®50 CH, nº catálogo 50300

FINALIDAD PREVISTA
Sistema estandarizado compuesto por 50 ensayos bioquímicos destinados al estudio del metabolismo de los carbohidratos en los microorganismos.

Nº LOTE
1008603700

FABRICANTE
bioMérieux SA, Francia

DISTRIBUIDORES

- **bioMérieux España** S.A., C/ Manuel Tovar 45-47, 28034 Madrid.
- **Sanilabo, S.L.** C/San Roque, 30 bajo. C.P. 46910 Valencia
- **Clinicord, S.L.** Polígono de las Quemadas. C.P. 14014 Córdoba
- **Scharlab, S.**L. C/Gato Pérez, 33. C.P. 08181 Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad y cese de utilización del lote 1008603700 del sistema API® 50 CH, nº de catálogo 50300, debido a un error en la composición de la prueba 19 que podría dar lugar a una reacción falso positiva y obtener un perfil dudoso o un resultado de prueba de identificación incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 27/08/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W 8 X C 7 C 7 E 9 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89