MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-506	PS/JMP/71963

PRODUCTO
Cuchillas estériles desechables (para uso con pieza de mano StraightShot serie M).
Ver referencias y números de lote afectados en el Anexo A de la nota de la empresa

FABRICANTE
Medtronic Xomed Inc. / Medtronic Navigation, Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica. Calle María de Portugal 11, 28050, Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de cuchillas estériles desechables de las piezas de mano StraightShot serie M, debido a la posibilidad de rotura de la punta, y/o fluctuación/vibración de la cuchilla, lo que podría causar daños en el paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 06/09/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 8 X R R D X 7 5 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89