MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-508	PS/CGG/71423

PRODUCTOS
Diversos productos sanitarios estériles fabricados por Henry Schein
Ver códigos de producto afectados en la Tabla A de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Henry Schein Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Henry Schein España S.L.U., Avda. Albufera 153, 28038 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y retirada del mercado de determinadas referencias de productos sanitarios estériles fabricados por Henry Schein, debido a la posibilidad de que el proceso de esterilización llevado a cabo por el proveedor externo no haya sido adecuado, por lo que no se puede garantizar su esterilidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 08/09/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C 7 A 7 Y C Z 0 0 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89