MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-507	PS/MJF/71981

PRODUCTO
Emulsión de yema de huevo ThermoScientific™ Oxoid™, referencia SR0047C

Nº LOTE
3281762

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific - Microbiology Central Reporting, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics, S.L.U., Avda. Alcalde Barnils 70, 2ª planta. 08174 Sant Cugat del Vallés, (Barcelona)

ASUNTO
Cese de utilización del lote 3281762 de la emulsión de yema de huevo ThermoScientific™ Oxoid™ con referencia SR0047C, debido a que muestra una apariencia blanco/crema en lugar de naranja/amarillo, un pH inferior al especificado y no cumple con otros parámetros microbiológicos, lo que podría dar lugar a reacciones incorrectas y reducción del tamaño de las colonias en los medios de cultivos en los que se utilice.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 08/09/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 S N S G R V F C 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89