MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-515	PS/CGG/72183

PRODUCTOS
Llaves de paso y manifold estériles.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
La empresa indicará en la tabla 1 del formulario adjunto a su nota de aviso los n^{os} de lote afectados.

FABRICANTE
Medline Industries, Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Medline International Iberia S.L.U, Avenida de Castilla 2,28830 San Fernando de Henares, Madrid

ASUNTO
Cese de utilización de determinadas referencias y números de lote de las llaves de paso y manifold estériles, debido a la probabilidad de que exista una brecha en la barrera de los envases que comprometa su esterilidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/09/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L 6 K W Z F W 1 2 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89