DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-514	PS/SGS/72330

PRODUCTO

Almacenador de 3K, nº de catálogo 6915556 y 3K HS, nº de catálogo A88116 del sistema Power Processor.

FINALIDAD PREVISTA

Sistema automatizado de manipulación de muestras en el laboratorio.

FABRICANTE

Beckman Coulter , Inc, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

- Beckman Coulter S.L.U, Torre Realia, Plaza Europa 41-43, 4º piso, 08908 Hospitalet de Llobregat.
- Beckman Coulter, S.L.U. C/ de Valgrande 8, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con el Almacenador de 3K y 3K HS del sistema Power Processor, debido a la posibilidad de que no se haya proporcionado la protección contra salpicaduras a nivel de cadena, lo que podría ocasionar lesiones a los usuarios.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/09/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 V Y 3 E X Q 4 9 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89