DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-526	PS/SGS/72172

PRODUCTO

Agujas de aspiración de óvulos de una y de doble luz.
Referencias K-OPAA, K-OPS, K-OSN, K-UCI, K-IOPS, K-TIVM, K-OPSD, K-OPSDC .

FINALIDAD PREVISTA

Aspiración y lavado transvaginal guiado por ecografía de los folículos ováricos durante el procedimiento de recogida de óvulos.

FABRICANTE

William A. Cook Australia Pty Ltd., Australia.

DISTRIBUIDOR

- Cook España, S.L., C/ Vía Augusta, 2 Bis Plt 5, 08006 Barcelona.
- Técnicas Biofísicas, S.L. C/ Malteses, 3, 4ª planta, 35002 Las Palmas de Gran Canaria.

ASUNTO

Advertencias de seguridad e instrucciones de uso de determinadas referencias de las agujas de aspiración de óvulos de una y doble luz, debido a la posibilidad de aparición de episodios hemorrágicos (hemoperitoneo) tras su utilización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Instrucciones de uso de las agujas de una luz
- Instrucciones de uso de las agujas de doble luz

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/09/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q 3 S 2 L 9 2 7 4 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89