MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-531	PS/MTM/71778

PRODUCTO
Aplicación de software *syngo*.via RT Image Suite y *syngo*.via RT Image Suite/Sim&GO
Ver sistemas y versiones de software afectadas en las notas de aviso de la empresa

FINALIDAD
Postprocesado avanzado de imágenes en el ámbito de Radioterapia cuando se realiza un contorno o se marca un paciente.

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH., Alemania.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con *syngo*.via RT Image Suite y *syngo*.via RT Image Suite/Sim&GO, debido a la posibilidad de que se pierdan los resultados no guardados, y se envíe un conjunto de estructuras incompleto al sistema de planificación del tratamiento (TPS), generando un plan de tratamiento incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa *syngo*.via RT Image Suite
- Nota de aviso empresa *syngo*.via RT Image Suite/Sim&GO

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/09/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R E C D K Z 8 4 9 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89