MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-540	PS/MTM/72168

PRODUCTO

Mesas quirúrgicas CMAX 3, CMAX 3-DRIVE, CMAX 3E y CMAX 3E-DRIVE, fabricadas entre el 24 de noviembre de 2020 y el 5 de julio de 2021

Nº SERIE

Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

STERIS SAS., Francia.

DISTRIBUIDOR

- PROVAQUIL S.L., Avda. Pío Baroja s/n, 46015 Valencia.
- STERIS IBERIA SAU, C/ Calendula 95, 28109 Alcobendas, Madrid.
- TECNOMEDICA ANDALUZA, Pol. Juncaril, C/ Capileira, 53, 18210 Peligros, Granada.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinadas mesas quirúrgicas CMAX 3, CMAX 3-DRIVE, CMAX 3E y CMAX 3E-DRIVE, debido a la posibilidad de que la placa de circuito del control auxiliar haya sido fabricada incorrectamente, lo que podría provocar un cortocircuito que ocasione un movimiento no deseado de la mesa o la pérdida del control de la misma.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/09/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E 7 C 8 2 K 8 6 D 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89