MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-547	PS/CH/72840

PRODUCTO
Sistema de ultrasonidos EPIQ CVxi. Código de producto 795232

VERSION SOFTWARE
6.0, 7.0, 7.0.3

FABRICANTE
Philips Ultrasound, Inc., EE UU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U. María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización de software de determinados sistemas de ultrasonidos EPIQ CVxi debido a que emita una notificación de error y deje de responder durante los procedimientos de ecocardiografía transesofágica (ETT) guiados por ultrasonido con EchoNavigator, si la captura de pantalla secundaria está habilitada y el usuario pulsa otros botones antes de que se haya completado la captura secundaria

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/10/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B S W V J 8 T C 4 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89