MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-561	PS/TS/72679

PRODUCTO

- Tornillo óseo Ø6,5 H.25MM. Código producto: 8420.15.020
- Tornillo óseo Ø6,5 H.20MM. Código producto: 8420.15.010

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

LimaCorporate SPA, Italia

DISTRIBUIDOR

Lima implantes S.L.U. Calle Manuel Tovar, 33-35 28034 Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de los tornillos óseos para hueso esponjoso de 6,5 mm de diámetro, con código de producto 8420.15.020 y 8420.15.010, debido a la posibilidad de que la longitud indicada en el etiquetado externo no sea la longitud real del tornillo, pudiendo dar problemas a los pacientes con estos productos implantados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/10/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z D G Q S X S 7 8 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89