MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-564	PS/NA/72746

PRODUCTO
Baterías de iones de litio de CARDIOSAVE, referencia 0146-00-0097, utilizadas con la bomba de balón intraórtico Cardiosave Hybrid y Cardiosave.

FABRICANTE
Datascope Corp. Getinge, EEUU.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L. C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y cese de utilización de determinados números de serie de las de baterías de iones de litio de CARDIOSAVE, referencia 0146-00-0097, utilizadas con las bombas de balón intraórtico Cardiosave Hybrid y Cardiosave Rescue, debido a un posible tiempo de funcionamiento de la batería inesperadamente corto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/10/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A X 7 S C V 7 4 6 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89