MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-569	PS/PF/73244

PRODUCTO
Catéter Epicutáneo Cava, Código 2184.00

FINALIDAD PREVISTA
Catéter central de inserción periférica para uso neonatal adecuado para la cateterización de larga duración.

Nº LOTE
260721GG

FABRICANTE
VYGON GmbH & Co. KG, Alemania

DISTRIBUIDOR
VYGON España, C/ Ciudad de Sevilla nº 34- Polígono Industrial Fuente del Jarro (Paterna) Valencia.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 260721GG del catéter Epicutáneo Cava debido a la posibilidad de que se produzca la adherencia del catéter en el anillo de compresión situado en el conector easy-lock que podría conducir a la rotura del catéter cuando se retira del conector durante la inserción.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/10/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D Z K Z L A E 2 F 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89