MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-567	PS/JMP/73105

PRODUCTO
Sistema PrisMax V2 row, código de producto 955558

FINALIDAD PREVISTA
Terapia de reemplazo renal continuo y otras terapias de soporte orgánico.

Nº SERIE y VERSIÓN SOFTWARE
Todos los números de serie con software versión 2.x

FABRICANTE
Baxter Healthcare SA, Suiza

DISTRIBUIDOR
Baxter SL. Pol. Ind. Sector 14, C/Pouet de Camilo 2, Ribarroja del Turia 46394, VALENCIA

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de serie del sistema PrisMax V2 row con código de producto 955558, debido a la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, al realizar una modificación en la prescripción, se muestren valores del perfil de prescripción del paciente original en lugar del actualizado, dando lugar a una terapia inadecuada para el paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/10/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q P B X Y P J 6 D 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89