DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-542	PS/JMP/72993

PRODUCTO
Instrumentos de biopsia semi-automáticos Supercore

FINALIDAD PREVISTA
Obtención de muestras histológicas en biopsia de tejidos blandos

REFERENCIAS Y Nºs LOTE
Ver referencias y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Argon Medical Devices, Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR

- Wacres SA. C/ Cronos 63, 3º Oficina 5, 28037 Madrid
- WAC Angio Medical. C/Cronos 68 3º, Oficina 5, 28037 Madrid
- Medical Duke SL. C/Alonso Castro 1, 38320, La Laguna, Tenerife

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los instrumentos de biopsia semi-automáticos Supercore, debido a la posibilidad de que se produzca un desmontaje no intencionado previo al uso que impediría su utilización en los pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/10/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T 9 V 2 Y 9 Q D F 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89