MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-578	PS/PF/73096
PRODUCTO Dia-PT LIQUID, números de referencia 82002, 82012, 82024	
FINALIDAD PREVISTA Reactivo para la determinación del tiempo de protrombina (PT).	
Nº LOTE 901206	
FABRICANTE Diagon Kft., Hungría	
DISTRIBUIDOR Akralab, S.L, Pol. Ind. Las Atalayas, Av. de la Antigua Peseta 77, 03114 Alicante	
ASUNTO Cese de la utilización del lote 901206 del reactivo Dia-PT LIQUID debido a la posibilidad de obtener resultados erróneamente altos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/10/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 Q Y K 7 S F 3 0 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89