MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-583	PS/PRV/73308

PRODUCTO
Emulsión de yema de huevo con telurito ThermoScientific™ Oxoid™, referencia SR0054C

FINALIDAD PREVISTA
Utilizada en el medio Baird-Parker CM0275 y el medio Baird-Parker (ISO) CM1127, para la detección de estafilococos patógenos.

Nº LOTE
3292932

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific - Microbiology Central Reporting, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics, S.L.U., Avda. Alcalde Barnils 70, 2ª planta. 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 3292932 de la emulsión de yema de huevo con telurito ThermoScientific™ Oxoid™, debido a que presenta contaminación microbiana.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 27/10/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: G E 9 W F K B 3 B 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89