DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-586	PS/CH/73110

PRODUCTO

- Sonda de alimentación nasointestinal de colocación endoscópica CORFLO* con conector ENFit®
- Sondas de alimentación de gastro-yeyunostomía, yeyunostomía y gastroentéricas MIC* con conector ENFit®
- Catéteres e introductores ON-Q*

Ver referencias y lotes afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Avanos Medical, Inc., EE UU.

DISTRIBUIDOR

Grifols Movaco, C/ Palou, 6 - Polígono Industrial Levante; 08150 Parets del Vallès, Barcelona

B.Braun Logistics, Calle Montmell, parcelas 4 y 7 Polígono Industrial Albornar 2, 43710, Tarragona

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinadas referencias y lotes de sondas de alimentación enteral CORFLO* y MIC*, con conector ENFit®, y catéteres e introductores ON-Q*, debido a que se han distribuido envases sin sus respectivas Instrucciones de Uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 27/10/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 X C P 7 G 8 2 7 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89