DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-594	PS/PPR/73363

PRODUCTO
Sistemas Philips Azurion R2.1.x
Ver nombre completo y modelo de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Sistema Azurion fluoroscópico de intervención por Rayos X

VERSION SOFTWARE
2.1.x

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BN, Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U. C/ Maria de Portugal, 1. 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de software de determinados Sistemas Philips Azurion R2.1.x debido al posible bloqueo de la mesa cuando se pulsa o suelta al mismo tiempo el botón APC (aceptar) y el botón Float Tabletop (Freno de la mesa) (panorámica), dejando de estar disponible la adquisición de rayos X.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/10/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C Q X F G W N F 8 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89