MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-600	PS/PRV/73295

PRODUCTO
Placa estándar Acu-Loc® 2 VDR Plt Std R (n.º de pieza: 70-0357)

FINALIDAD PREVISTA
El sistema Acu-Loc® 2 está diseñado para la fijación de fracturas, osteotomías y pseudoartrosis del radio.

Nº LOTE
520958

FABRICANTE
Acumed LLC, EE UU.

DISTRIBUIDOR
Acumed Iberica, C/ Álvaro Caballero, 14, CP 28023 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y retirada del mercado de determinadas unidades del lote 520958 de la placa estándar Acu-Loc® 2 VDR Plt Std R, debido a un error de etiquetado ocurrido durante el proceso de fabricación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/10/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D L N 8 Q A A E C B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89