MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2021-602	PS/NA/72995
PRODUCTO SET A/V PROLUNG PLUS 3D, catálogo PLLAV3M.	
FINALIDAD PREVISTA Conjuntos de tubo de sangre de un solo uso, para utilización con el equipo Estorflow.	
FABRICANTE Medica S.p.A., Italia.	
DISTRIBUIDOR CARDIOLINK S.L. C/Córcega 270.3° 2°, 08008 Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el set A/V Prolung Plus 3D, debido a la posibilidad de una inserción incorrecta del segmento de la bomba en la bomba del rotor del equipo Estorflow, que podría provocar daños en el tubo del segmento de la bomba y comprometer la eficacia del tratamiento.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D K 7 8 C N S 3 6 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89