MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-601	PS/PF/73142

PRODUCTO

Instrumentos e implantes estériles desechables.
Ver descripción detallada de los productos afectados con sus referencias en el listado de la empresa.

FABRICANTE

Mahe medical GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDORES

- A2C Suministros Hospitalarios, Avenida Barcelona, Local 123 – 127, 08750 Molins de Rei, Barcelona.
- DISMEVAL S.L, Calle del Doctor Lluch 30, 46011 Valencia.
- KOPRA Material Quirurgico S.L, C/Lope de Irigoyen n°31 bajo, 20301 Irún, Guipuzcoa, País Vasco.
- Silverstein Medical S.L, Camino de la Dehesa 42 Ap 50, 28690 Brunete, Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados instrumentos e implantes estériles desechables, fabricados por Mahe medical GmbH, debido a que el pictograma que indica que los productos no se deben reesterilizar no es legible en el envase estéril.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Listado de productos afectados

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C 9 X 9 P S E 2 3 B

CORREO ELECTRÓNICO
pscontrol@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Tel.: (+34) 91.822.54.99
Fax: (+34) 91.822.52.89