MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-609	PS/JMP/73141

PRODUCTO

Accesorio de montaje de cola de milano de los resucitadores Lullaby Resus Plus/Prime a la cuna térmica Lullaby. (núm. de pieza 2070349-001)

FINALIDAD PREVISTA

El accesorio de cola de milano se puede montar en la cuna térmica Lullaby™ mediante un sistema de rieles de cola de milano y combina capacidades vitales en una sola unidad compacta que está diseñada para partos de alto riesgo, transporte intrahospitalario y cuidados junto a la cama.

FABRICANTE

Datex-Ohmeda, Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España. S.A.U., C/ Gobelas 35, 28023 Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con el accesorio de montaje de cola de milano utilizado para montar los resucitadores Lullaby™ Resus Prime y Plus en los rieles laterales de la cuna térmica Lullaby™, debido al riesgo de caída del resucitador al aplicarse fuerzas externas, lo que podría causar lesiones al usuario y/o el paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T W 7 F W S L 5 4 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89