MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-615	PS/EPG/73816

PRODUCTO

- CombiDiagnost R90 (números de modelo: 709030 y 709031)
- ProxiDiagnost N90 (número de modelo: 706100)

FINALIDAD PREVISTA

Sistemas de fluoroscopía combinada con radiografía digital.

FABRICANTE

Philips Medical Systems DMC GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A.U. Calle María de Portugal, 1, 28050, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con los sistemas CombiDiagnost R90 (números de modelo: 709030 y 709031) y ProxiDiagnost N90 (números de modelo: 706100) debido a la falta de etiquetas de advertencia de rayos X en la consola de exámenes Eleva.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A 8 3 G A 7 6 6 7 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89