MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-623	PS/JMP/73986

PRODUCTO

- Centricity High Acuity Critical Care (CHA CC)
- Centricity High Acuity Anesthesia (CHA A)

(ver referencias afectadas en nota de aviso de la empresa)

FINALIDAD PREVISTA

Los Sistemas Centricity High Acuity Anesthesia están diseñados para satisfacer los requisitos de documentación durante el proceso de anestesia: evaluación preoperatoria, fases intraoperatorias, de recuperación y evaluación posoperatoria del paciente.

Los Centricity High Acuity Critical Care están diseñados para cubrir las necesidades de documentación del proceso de cuidados, desde la planificación del ingreso hasta el alta en la unidad de cuidados intensivos.

VERSIÓN DE SOFTWARE

5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4, 5.5 , 5.6 y 5.7

FABRICANTE

GE healthcare Finland Oy, Finlandia

DISTRIBUIDOR

GE Healthcare España, SAU, c/Gobelas, 35-37, 28023 Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Centricity High Acuity Critical Care y Centricity High Acuity Anesthesia, debido a la posibilidad de que se produzcan errores en los valores que se muestran del volumen total de infusión, del balance de salida acumulado y del balance de fluidos de la terapia de reemplazo renal que se muestran.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 E F S T J 6 D B 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89