ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-608	PS/MAM/73984

PRODUCTO
Thermo Scientific™ Remel™ Shigella dysenteriae polivalente, referencia R30163701
UDI-DI 05056080500904

FINALIDAD PREVISTA
Los sueros aglutinantes Shigella Polyvalent son aptos para su uso en pruebas de aglutinación en portaobjetos para identificar cultivos de shigella presuntamente con fines epidemiológicos y de diagnóstico.

Nº LOTE
2971158

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific - Microbiology Central Reporting, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics, S.L.U., Avda. Alcalde Barnils 70, 2ª planta. 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

ASUNTO
Cese de la utilización del lote 2971158 de Thermo Scientific™ Remel™ Shigella dysenteriae polyvalent, referencia R30163701, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos negativos al no aglutinar correctamente con el serotipo 9.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa