MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-610	PS/MAM/74013

PRODUCTO

- Tornillo de bloqueo EVOS 3.5MM X 75MM LCK SCR S-T, referencia 72413575
- Tornillo de bloqueo EVOS 3.5MM X 70MM LCK SCR S-T, referencia 72413570

Nº LOTE

21FM24289, 21GM04743

FABRICANTE

Smith & Nephew, Inc. Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Smith & Nephew S.A. Calle Fructuós Gelabert nºs 2 y 4, Edificio Conata 1, 08970 - Sant Joan Despí (Barcelona)

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de tornillos de bloqueo EVOS, debido a que la longitud indicada en el etiquetado del producto no se corresponde con la longitud real.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T 5 3 V C N J 7 A C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89