MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-630	PS/NA/72896

PRODUCTO
Friadent EstheticBase 4.5/GH1/A15, nº de catálogo 46-2251.
UDI-DI 07392532230790.

FINALIDAD PREVISTA
Pilar destinado a soportar coronas y puentes atornillados o cementables sobre implantes dentales.

Nº LOTE
B210003056.

FABRICANTE
Dentsply Sirona Implants - Sirona Dental Systems, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Dentsply Sirona Iberia. Plaza Europa 31, Bajos, L'Hospitalet del Llobregat, 08908 Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y retirada del mercado del lote B210003056 de los pilares FRIADENT Esthetic Base 4.5/GH1/A15, nº de catálogo 46-2251, debido a que se han suministrado con un tornillo de retención incorrecto, lo que podría hacer que el pilar no se fijara correctamente en el implante o que se aflojara con el tiempo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 16/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 T 5 Q 6 K 5 D 1 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89