ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-631	PS/MAM/74266

PRODUCTO
Centricity Universal Viewer Zero Footprint client

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo destinado a mostrar imágenes médicas, datos procedentes de varias fuentes de imágenes y otras fuentes de información sanitaria

VERSION SOFTWARE
6.0 SP9, SP9.0.1, SP9.0.1.1, SP9.0.1.2, SP9.0.1.3, SP9.0.1.4, SP9.0.1.5, SP10, SP10.1, SP10.2, SP10.2.1, SP10.2.1.1, SP10.2.2, SP10.2.2.1 configurados con un backend de Centricity PACS.

FABRICANTE
General Electric Healthcare. Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU - C/Gobelas, 35-37. 28023 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el dispositivo Centricity Universal Viewer Zero Footprint client debido a un problema con el dispositivo de almacenamiento de imágenes, que puede dar como resultado la visualización de estudios incompletos al no encontrarse las imágenes recién incorporadas o modificadas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 16/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y C K E X 6 T 7 9 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89