MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-632	PS/JMP/74021

PRODUCTOS
Equipos de procedimientos estériles que contienen batas quirúrgicas E3545-BULK y S3516-BULK

REFERENCIAS Y Nº DE LOTE
La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso las referencias y nº de lote afectados

FABRICANTE
Medline International France SAS, Francia

DISTRIBUIDOR
Medline International Iberia S.L.U, Avenida de Castilla 2,28830 San Fernando de Henares, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados equipos de procedimientos estériles de Medline que contienen batas quirúrgicas con referencias E3545-BULK y S3516-BULK, debido a la posibilidad de defectos en la costura de las mangas y los puños de las batas quirúrgicas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 16/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 Y L X W T V D 6 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89