DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-627	PS/JMP/74095

PRODUCTO
Ventilador Puritan Bennett serie 980 (código de artículo: 980X2ESDIEC)

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de ventilación continua para pacientes pediátricos o adultos

Nº SERIE
35B1700631, 35B1700630, 35B1700632, 35B1700629, 35B1700628, 35B1700627

FABRICANTE
Covidien llc, EEUU

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica S.A., C/ María de Portugal, 11, CP 28050, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados números de serie de los ventiladores Puritan Bennett serie 980, debido a un error de ensamblaje de un condensador, lo que podría dar lugar a que el ventilador deje de funcionar durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 16/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L A Z S N 9 W 7 1 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89