MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-628	PS/TS/73536
PRODUCTO Ventilador HAMILTON-C3, modelo 160005	
VERSION SOFTWARE 2.0.8.	
FABRICANTE Hamilton Medical AG, Suiza	
DISTRIBUIDOR Direx S.L. Av. de San Pablo, 28 28823 Coslada, Madrid	
ASUNTO Advertencia de seguridad relativa al ventilador HAMILTON-C3 con versión de software 2.0.8., debido a la posibilidad de que se active una alarma de alta prioridad (“reemplazar celda de O2”) tras el reinicio si la función “Block protocol” se activa durante la secuencia de configuración, lo que podría inutilizar el ventilador.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 16/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T N B C 6 9 F 3 8 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89