DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-629	PS/CH/73989

PRODUCTO
Tornillo de interferencia ComposiTCP 30 D 7- L: 25 mm, Nº de artículo 110004605

FINALIDAD PREVISTA
Mezcla compuesta de 40% PLDLA y 60% de fosfato tricálcico beta para injertos de tejido blando y hueso-tendón-hueso.

Nº LOTE
190491

FABRICANTE
S.B.M. SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR
Zimmer Biomet Spain,S.L.U., Avda. 1 del Parc Logistic 1-3, CP 08040 Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 190491 del Tornillo de interferencia ComposiTCP debido a la posibilidad de que se haya envasado un tornillo D 9 / L 35 mm Lote 190068 dentro de una caja para tornillos D7 / L 25 mm Lote 190491.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 16/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S 6 S 4 3 T K 9 6 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89