DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-635	PS/CH/74339

PRODUCTO
Sistemas Artis zee/Artis Q/Artis Q.zen
Ver modelos afectados en el documento adjunto 1 de la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Sistema integral de angiografía digital con detector plano.

VERSION SOFTWARE
VD12

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los sistemas Artis zee/Artis Q/Artis Q.zen, con versión de software VD12, debido a la posibilidad de que no se emita radiación si está activo el movimiento de elevación de DFI (distancia foco-imagen) al mismo tiempo que se van a emitir rayos X.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 2 A P Y Q G V 8 1 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89