MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-648	PS/CH/74018

PRODUCTO
Microscopios quirúrgicos Leica M220 F12, fabricados entre enero de 2009 y el 9 de marzo de 2017.

FABRICANTE
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Leica Microsistemas S.L.U.Plaza Europa,41-13, (Torre Realia), 08908L'Hospitalet de Llobregat.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados Microscopios quirúrgicos Leica M220 F12, debido a una insuficiente fijación de los tornillos que conectan el brazo móvil con el portaópticas, lo que podría dar lugar a la caída del portaópticas en el campo quirúrgico.

INFORMACION ADICIONAL
En 2018 Leica Microsystems AG, informó de la fijación insuficiente de los tornillos que conectan el brazo móvil con el portaópticas, que afectaban a todos los microscopios quirúrgicos Leica M220 F12 fabricados entre el 9 de marzo de 2017 y el 31 de octubre de 2018 y de las acciones a llevar a cabo.
La AEMPS transmitió esta información el 28 de enero de 2019, alerta 2019-033.
La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso en la que incluyen productos afectados por este mismo problema fabricados entre enero de 2009 y el 9 de marzo de 2017.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V Z 9 4 F 7 F 3 7 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89