MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-647	PS/CH/74459

PRODUCTO
Introductor Flexor® Check-Flo®: Modificación Ansel (referencia KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL0-HC)
UDI-DI: (01)00827002441552(17)240422(10)13911710

FINALIDAD PREVISTA
Concebido para introducir dispositivos terapéuticos o diagnósticos en la vasculatura, con exclusión de la vasculatura coronaria y la neurovasculatura.

Nº LOTE
13911710

FABRICANTE
Cook Incorporated, EE UU.

DISTRIBUIDOR
Cook España, S.L. C/ Vía Augusta, 2 bis - 5ª planta CP 08006 Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 13911710 del Introductor Flexor® Check-Flo® Modificación Ansel, con referencia KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL0-HC, debido a la posibilidad de que puedan contener un introductor de 6 Fr en lugar de uno de 7 Fr.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C E G G 2 3 V 2 B 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89