MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-656	PS/EPG/74880
PRODUCTO LIAISON® Control Tg II Gen (referencia: 317221).	
FINALIDAD PREVISTA Control para la determinación de tiroglobulina.	
Nº LOTE 4400423	
FABRICANTE DiaSorin S.p.A., Italia.	
DISTRIBUIDOR DiaSorin Iberia SA. Avenida de la Vega, 1 Edif 2-2ª planta, 28108 Alcobendas (Madrid)	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con el lote 4400423 del producto LIAISON® Control Tg II Gen (referencia: 317221) debido a que los rangos reportados para el Control 1 y el Control 2 son incorrectos y no se pueden usar para validar la técnica.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 30/11/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 F E 5 X X E 6 1 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89