MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-663	PS/JMP/74139

PRODUCTO
Sillas de ruedas eléctricas QUICKIE, modelos Q400F y Q500F.
(fabricadas entre el 18 de febrero y el 29 de septiembre de 2021)

Nº SERIE
La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los modelos y nº de serie afectados

FABRICANTE
Sunrise Medical GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Sunrise Medical SL. Polígono Bakiola, 41, 48498, Arrankudiaga, Vizkaia

ASUNTO
Cese de utilización para transporte en vehículo, de determinadas sillas de ruedas eléctricas QUICKIE, Q400F y Q500F, debido a la posibilidad de que los amarres de tránsito no resistan la carga en caso de impacto frontal.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa
- Nota informativa AEMPS PS, 37/2021

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/12/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C Z 4 F C S D B B C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89