MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-669	PS/JMP/74017

PRODUCTO
Crespine Gel +
nº artículo: MD057. UDI-DI: 0426011548004

FINALIDAD PREVISTA
Viscosuplemento que se inyecta en las articulaciones para reducir los síntomas de dolor y mejorar la función articular. Contiene Prilocaina HCl de apoyo para reducir el dolor durante la inyección.

FABRICANTE
BioPolymer GmbH & Co KG, Alemania

DISTRIBUIDOR
Osteo Device S.L, Calle Ramón Gómez de la Serna 22, Local 60, 29602 Marbella

ASUNTO
Retirada del mercado del viscosuplemento Crespine Gel + debido a que el fabricante de la Prilocaina HCl incluida en el producto no está calificado y aprobado por BioPolymer como proveedor de materia prima.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/12/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N 8 9 R Q 4 E 3 8 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89