MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-671	PS/CH/74712

PRODUCTO

Dispositivo de recarga inalámbrica modelo WR9220, incluido en los sistemas de recarga modelo RS5200, utilizado para el neuroestimulador implantable InterStim Micro.

FABRICANTE

Medtronic Inc. EE UU.

DISTRIBUIDOR

Medtronic Ibérica. C/ Maria de Portugal 11, CP 28050, Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con el dispositivo de recarga inalámbrica modelo WR9220, utilizado para el neuroestimulador implantable InterStim Micro, debido a la posibilidad de que deje de responder si no se siguen los pasos de carga indicados en la Guía de usuario del paciente del sistema de recarga.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa KIT DE RECARGA (InterStim Micro) modelo RS5200
- Guía rápida para paciente InterStim Micro

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/12/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X E P S A Y 6 F C 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89