MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-672	PS/CH/74712

PRODUCTO
Dispositivo de recarga inalámbrica modelo WR9200, incluido en el sistema de recarga modelo RS6200, utilizado para el neuroestimulador implantable ACTIVA RC.

FABRICANTE
Medtronic Inc. EE UU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica. C/ Maria de Portugal 11, CP 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el dispositivo de recarga inalámbrica modelo WR9200, utilizado para el neuroestimulador implantable ACTIVA RC, debido a la posibilidad de que deje de responder si no se siguen los pasos de carga indicados en la Guía de usuario del paciente del sistema de recarga.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa KIT DE RECARGA (ACTIVA RC), modelo RS6200
- Guía rápida para paciente ACTIVA RC

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/12/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K D G X T Z N D 2 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89