MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-678	PS/PRV/75059

PRODUCTO
Sotfware Match it! Platelet antibody. Código del producto 888622

FINALIDAD PREVISTA
El Software de anticuerpos plaquetarios es un accesorio necesario para la evaluación de los resultados de las pruebas del ensayo Pak Lx™ de Immucor.

VERSION SOFTWARE
v1.0.1

FABRICANTE
Immucor GTI Diagnostics, Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR
DIAGNOSTICA LONGWOOD S.L; Cno. del Pilón, 86 Casa 7 Local. 50011, Zaragoza.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la versión v1.0.1 del software Match it! Platelet antibody, debido a la posibilidad de que los comentarios del informe generado contengan erróneamente la siguiente información: “Sólo para uso en investigación. No usar en procedimientos de diagnóstico”.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/12/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: G 7 Y R 2 Z R 4 B 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89