MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-680	PS/CH/75061

PRODUCTO
Conector en L extraíble para el sistema de aspiración MED-SOFT.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
MED-SOFT es un sistema de aspiración cerrado para la recogida de fluidos corporales, líquidos y residuos de aspiración.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Medline Industries, LP, EE UU.

DISTRIBUIDOR
Medline International Iberia S.L.U. Parque Empresarial San Fernando Avenida de Castilla, 2 Edificio Munich, Planta Baja, CP 28830, San Fernando de Henares, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y recomendaciones relacionadas con determinadas referencias y lotes del sistema de aspiración MED-SOFT, debido a la posibilidad de que el conector en L extraíble se bloquee de forma total o parcial y no se realice adecuadamente la operación de aspiración.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/12/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y 8 B L N 9 5 C 4 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89

DYNDSCL1000	OR53926
DYNDSCL1500	DYNDSCL3000
OR1910PG	OR53929
OR1920PG	OR54916
OR1930	OR916K
OR1930PG	OR939K
OR53916	OR926K
OR929K	OR936K