MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-687	PS/PRV/75181

PRODUCTO
Dräger Perseus® A500 versión a columna, utilizada en combinación con las unidades de suministro de techo Dräger Movita Lift / Lift Strong (G16707), Forta (G16810) o DVE 8080.

FINALIDAD PREVISTA
Estación de anestesia modular

FABRICANTE
Drägerwerk AG, Alemania

DISTRIBUIDOR
Dräger Medical Hispania. C/Xaudaró 5. C.P. 28034 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la estación de anestesia Perseus A500 versión a columna debido a su posible caída de la unidad de suministro de techo Dräger tras chocar con un obstáculo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/12/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: G Y B G W F 8 8 C 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89