MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-693	PS/PF/75467

PRODUCTO

- HT Command 18 ST 210 cm, (referencia 1013784, UDI 08717648212390), con nº de lote 1102561 y 1102562
- HT Command 18 ST 300 cm, (referencia 1013785, UDI 08717648212406) con nº de lote 1101861

FINALIDAD PREVISTA

Guías periféricas destinadas a facilitar la colocación de catéteres de dilatación con balón durante la angioplastia percutánea transluminal, en arterias como la arteria femoral, poplítea e infrapoplítea.

FABRICANTE

Abbott Vascular Santa Clara, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Abbott Medical, Av. Burgos 91, 28050 Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de guías Hi-Torque Command 18 debido a la posibilidad de desprendimiento de la parte distal del recubrimiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/12/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q 8 R Q D 8 9 1 6 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89