MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-694	PS/PF/75439

PRODUCTO
Sistemas Allura Xper.

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas de imagen por rayos X para intervenciones cardíacas y vasculares.

Nº SERIE
Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.L., C/ María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de serie de los sistemas Allura Xper debido a la posibilidad de que los tornillos que fijan los monitores adicionales (llamados 7º y 8º monitor) puedan aflojarse dando lugar a que se descuelguen de la estructura de suspensión de techo y puedan caerse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/12/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q S S 9 X R Z 7 D 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89