ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-691	PS/PRV/75297

PRODUCTO

Esfinterótomos de canulación:

- Dreamtome™ RX
- Hydratome™ RX
- Jagtome™ RX
- Jagtome™ Revolution RX

Ver referencias y números de lote afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Boston Scientific Corporation. Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Boston Scientific Ibérica, S.A. Parque Puerta de las Naciones C/ Ribera del Loira, 46 – Edificio 2, 28042 Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y números de lote de los esfinterótomos de canulación Dreamtome™ RX, Hydratome™ RX, Jagtome™ RX y Jagtome™ Revolution RX, debido a la posibilidad de que el envase interior esté dañado, lo que podría comprometer su esterilidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa