MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-703	PS/TS/74856

PRODUCTOS

- Vaporizador de sevoflurano Maquet filling (ref. 6886601)
- Vaporizador de sevoflurano SAFE-T-SEAL (ref. 6887523)

FINALIDAD PREVISTA

El vaporizador es un componente de los sistemas de anestesia de la familia Flow que se utiliza para almacenar y vaporizar el agente anestésico

FABRICANTE

Maquet Critical Care AB, Suecia

DISTRIBUIDOR

- Getinge Group Spain S.L.U., C/ Marie Curie, 5 Edificio Alpha 6ªpl 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
- Laboratorios Inibsa S.A., Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5 08185 Liça de Vall (Barcelona)
- Abbvie SLU Spain, Avda.de Burgos, 91 28050 Madrid
- BCN Farma Distribución y Almacenaje Carrer d'Eduard Maristany, 430-432 08918 Badalona (Barcelona)
- Baxter SL, Avda. De Castilla, 2 Edificio Londres, Parque Empresarial San Fernando de Henares 28830 San Fernando de Henares (Madrid)

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinadas referencias de los vaporizadores de sevoflurano fabricados por Maquet, debido a la posibilidad de que se produzca fluoruro de hidrógeno cuando se usan los vaporizadores.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 23/12/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N 3 N E 3 J 9 9 7 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89