DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2021-710 | PS/PPR/75062 |
| **PRODUCTO**<br>Sistemas de ultrasonido ACUSON Sequoia | |
| **FINALIDAD PREVISTA**<br>Equipos de diagnóstico por ultrasonidos. | |
| **VERSION SOFTWARE**<br>Sequoia 1.2 VA25A/VA25B | |
| **FABRICANTE**<br>Siemens Medical Solutions USA, Inc., Ultrasound, Estados Unidos. | |
| **DISTRIBUIDOR**<br>Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15. 28906 Getafe, Madrid. | |
| **ASUNTO**<br>Advertencia de seguridad y actualización de software relacionadas con los sistemas de ultrasonido ACUSON Sequoia con la versión de software sequoia 1.2 VA25A/VA25B, debido a un error de cálculo en la medición cuando se utiliza la herramienta de trazado 2D manual | |
| **DOCUMENTOS ADJUNTOS:**<br>• Nota de aviso empresa | |

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 27/12/2021**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: A 4 Q F K S V B A 2**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89